

UKSH, Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene  
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15, Lieferadresse: Feldstraße 12, 24105 Kiel

**DELTAMESS DWWF GmbH**  
Sebenter Weg 42  
**23758 Oldenburg in Holstein**

**Campus Kiel****Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene**

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15  
24105 Kiel, den 18.05.2026

**Lieferadresse:**  
Feldstraße 12, 24105 Kiel

**Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung**  
Telefon (0431) 500-16430  
Telefax (0431) 500-16428  
wasser-probenahme@uksh.de

**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-386084**  
**Bewertung**

**Probenahmeadresse:** 23758 Oldenburg i. H., Sebenter Weg 42 (DELTAMESS) Prüfstand  
**Probenart:** Trinkwasser  
**Auftraggeber:** DELTAMESS DWWF GmbH

Bei den durchgeführten mikrobiologischen Untersuchungen ließen sich keine Bakterien nachweisen.

Das Wasser entspricht für die untersuchten bakteriologischen Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

In diesem Fall ist der Probenehmer nicht in das QM-System integriert.  
Die Anforderungen der zugrunde liegenden Trinkwasserverordnung und der Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025 sind damit nicht vollständig erfüllt. Die Beurteilung der Konformität erfolgt somit in Anlehnung an die Trinkwasserverordnung und die Bewertung der Untersuchungsergebnisse ist nur informativ.

gez. Dr. M. Hippelein  
(Laborleitung)

*Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig*

**Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-386084**  
**Messergebnisse**

**Probenahmeadresse:** 23758 Oldenburg i. H., Sebenter Weg 42 (DELTAMESS) Prüfstand  
**Probenart:** Trinkwasser  
**Auftraggeber:** DELTAMESS DWWF GmbH  
**Probenehmer:** Auftraggeber/Einsender  
**Entnahmedatum: (k)** 12.05.2026  
**Eingangsdatum:** 13.05.2026  
**Bearbeitungsbeginn:** 13.05.2026  
**Bearbeitung beendet:** 15.05.2026



|                                   |                          |   |                            |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| Labornummer                       | LU1723943                |   | Messverfahren              | Grenz-/<br>Richtwert |
| Probenbezeichnung (k)             | Tiefbecken<br>Prüfstände |   |                            |                      |
| Probenahmezeit (k)                | keine Angabe             |   |                            |                      |
| Probenahmeart (k)                 | Schöpfprobe              |   |                            |                      |
| <b>Bakteriologische Parameter</b> |                          |   |                            |                      |
| Koloniezahl bei 20°C              | KBE/1 ml                 | 0 | #TrinkwV §43(3):2023-06    | 100                  |
| Koloniezahl bei 36°C              | KBE/1 ml                 | 0 | #TrinkwV §43(3):2023-06    | 100                  |
| Escherichia coli                  | KBE/100 ml               | 0 | #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 | 0                    |
| Coliforme Bakterien               | KBE/100 ml               | 0 | #DIN EN ISO 9308-1:2017-09 | 0                    |
| Pseudomonas aeruginosa            | KBE/100 ml               | 0 | #DIN EN ISO 16266:2008-05  |                      |

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert; (i) informativer Parameter außerhalb der Akkreditierung; (k): nach Angaben des Kunden